



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

<https://cmi.gov.cz>

Pracoviště: Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

OVĚŘOVACÍ LIST

č. 8012-OL-70084-26

Datum vydání: 6. února 2026

List 1 ze 2 listů

Vlastník: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zákazník: Sorneco, s.r.o., Platněřská 88/9, 110 00 Praha 1

Měřidlo:

	Silniční laserový rychloměr
výrobce:	KUSTOM /SORNECO
typ:	ProLaser III/PL-DOK II
výrobní číslo rychloměru:	211
výrobní číslo lidarů:	PL 41142
typ objektivu:	Canon EF 75-300 mm; f/4,0-5,6; III USM
rozsah měření rychlosti:	5 km.h ⁻¹ až 250 km.h ⁻¹
rok výroby:	2018

Použité etalony: Etalonové pásmo STABILA, SRN, typ 30 m, v.č. 01, návaznost na státní etalon délky ČMI.
Simulátor pro zkoušky laserových rychloměrů typ LSMS, výrobce LASER Technology Inc., USA, v.č. SS000010+OH000015, návaznost na státní etalon frekvence.

Podmínky měření: Teplota okolí : (23 ± 1) °C, relativní vlhkost vzduchu (25,6 ± 2,1) %

Místo ověření: Český metrologický institut, laboratoře primární metrologie, odd. akustiky a kinematiky, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

Datum zkoušky: 6. února 2026

Ověření provedl:

zástupce ředitele ČMI LPM Praha:

Adam Klouček



Ing. Jiří Borovský

Metoda měření: Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C009-15.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **5. února 2027**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.

